



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE



### ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-G

Katalógové číslo	REF	E-232
Šarža	LOT	06 06 23
Dátum výroby		23.06.2023
Dátum expirácie		23.06.2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgG	
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml <sup>-1</sup>	CAL 1	0,017
5	U.ml <sup>-1</sup>	CAL 2	0,354
10	U.ml <sup>-1</sup>	CAL 3	0,603
20	U.ml <sup>-1</sup>	CAL 4	1,000
40	U.ml <sup>-1</sup>	CAL 5	1,426
80	U.ml <sup>-1</sup>	CAL 6	1,830

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna 	< 9	0,253	3,22
pozitívna 	31 ± 6	1,278	31,23

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 30, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.06.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE (1)  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

K210914YF

