



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-230
Šarža	LOT	06 06 23
Dátum výroby		23.06.2023
Dátum expirácie		23.06.2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,035		0,017	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,217		0,354	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,393		0,603	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,698		1,000	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,093		1,426	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,834		1,830	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,124	2,61
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	29 ± 6	0,948	32,08

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,253	3,22
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	31 ± 6	1,278	31,23

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.31 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.06.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131