

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	REF	E-233
Šarža	LOT	06 06 23
Dátum výroby		23.06.2023
Dátum expirácie		23.12.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgA
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹ 	0,047
5	U.ml ⁻¹ 	0,215
10	U.ml ⁻¹ 	0,383
20	U.ml ⁻¹ 	0,649
40	U.ml ⁻¹ 	1,005
80	U.ml ⁻¹ 	1,493

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,105	2,150
pozitívna 	32 ± 6	0,926	34,821

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.06.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Harmon

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L210914CF

