



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-ASCA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-346
Šarža	LOT	07 07 23
Dátum výroby		21.07.2023
Dátum expirácie		21.04.2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,013
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,236
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,398
25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,704
50 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,155
100 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,623

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 10	0,044	0,64
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	49 ± 10	1,115	47,16

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.07.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalová*

Preveril:

*Tatár*

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

