

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-G

Katalógové číslo	REF	E-347
Šarža	LOT	07 07 23
Dátum výroby		21.07.2023
Dátum expirácie		21.04.2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgG
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹ 	0,005
6,25	U.ml ⁻¹ 	0,343
12,5	U.ml ⁻¹ 	0,610
25	U.ml ⁻¹ 	1,025
50	U.ml ⁻¹ 	1,484
100	U.ml ⁻¹ 	1,757

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 18	0,054	0,70
pozitívna 	45 ± 9	1,399	43,35

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.07.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

