



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-246
Šarža	LOT	07 07 23
Dátum výroby		21.07.2023
Dátum expirácie		21.04.2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>	0,007		0,007	
6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/>	0,276		0,465	
12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/>	0,510		0,795	
25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>	0,899		1,199	
50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>	1,376		1,580	
100 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>	1,736		1,870	

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,053	0,98
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	29 ± 6	0,966	27,60

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,121	1,19
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	29 ± 6	1,386	34,52

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.23 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.07.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131