



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-235
Šarža	LOT	08 08 23
Dátum výroby		25.08.2023
Dátum expirácie		25.02.2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>	0,033		0,005	
5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/>	0,198		0,329	
10 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/>	0,390		0,613	
20 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>	0,652		0,992	
40 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>	1,060		1,301	
80 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>	1,572		1,547	

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,107	2,76
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	0,894	31,08

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,278	4,17
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,138	26,91

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.4 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.08.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131