

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-235
Šarža	LOT	10 10 23
Dátum výroby		23.10.2023
Dátum expirácie		23.04.2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,044	0,008
5	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,255	0,396
10	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,434	0,701
20	U.ml ⁻¹	CAL 4	0,731	1,049
40	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,050	1,337
80	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,590	1,587

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,094	1,323
pozitívna 	20 - 50	0,935	31,75

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,317	3,88
pozitívna 	20 - 50	1,191	27,54

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.4 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.10.2023

Vedúca výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

