



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-G

Katalógové číslo	REF	E-232
Šarža	LOT	09 09 23
Dátum výroby		22.09.2023
Dátum expirácie		22.09.2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgG	
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,009	
5	U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,356	
10	U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,601	
20	U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,866	
40	U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,208	
80	U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,524	

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,329	4,54
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,012	27,31

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 30, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.09.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

K220711YI

