



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-230
Šarža	LOT	09 09 23
Dátum výroby		22.09.2023
Dátum expirácie		22.09.2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,030		0,009	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,222		0,356	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,402		0,601	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,706		0,866	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,219		1,208	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,973		1,524	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,131	2,73
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	0,967	29,59

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,329	4,54
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,012	27,31

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.31 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.09.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131