



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-A

Katalógové číslo	REF	E-244
Šarža	LOT	09 09 23
Dátum výroby		22.09.2023
Dátum expirácie		22.06.2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>	0,005	
6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/>	0,258	
12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/>	0,454	
25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>	0,809	
50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>	1,253	
100 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>	1,741	

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,102	1,95
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	0,956	31,69

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.5 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.09.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalikova*

Preveril:

*Janina*

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O220711UI

