






## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### **ELISA-anti-MILK-II-G** **semikvantitatívna**

Katalógové číslo	REF	E-245 SE
Šarža	LOT	09 09 23
Dátum výroby		22.09.2023
Dátum expirácie		22.06.2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,146
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,699
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,444

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č.32 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.09.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

  
**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

