



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A

Katalógové číslo	REF	E-244
Šarža	LOT	11 11 23
Dátum výroby		24.11.2023
Dátum expirácie		24.08.2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,006	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,237	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,424	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,794	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,265	
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,708	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,096	2,02
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	0,960	31,98

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.5 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.11.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

[Signature]

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O230127UL

