

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-246
Šarža	LOT	11 11 23
Dátum výroby		24.11.2023
Dátum expirácie		24.08.2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹ 	0,006	0,005
6,25	U.ml ⁻¹ 	0,237	0,470
12,5	U.ml ⁻¹ 	0,424	0,835
25	U.ml ⁻¹ 	0,794	1,228
50	U.ml ⁻¹ 	1,265	1,608
100	U.ml ⁻¹ 	1,708	1,980

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,096	2,02
pozitívna 	20 - 50	0,960	31,98

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,230	2,81
pozitívna 	20 - 50	1,343	30,81

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.23 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.11.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131