









OSVEDČENIE O SÚPRAVE



ELISA-anti-MILK-II-A-200

Katalógové číslo	REF	E-244/200
Šarža	LOT	11 11 23
Dátum výroby		24.11.2023
Dátum expirácie		24.08.2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ 	0,006	
6,25 U.ml ⁻¹ 	0,117	
12,5 U.ml ⁻¹ 	0,219	
25 U.ml ⁻¹ 	0,402	
50 U.ml ⁻¹ 	0,713	
200 U.ml ⁻¹ 	1,638	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,041	1,94
pozitívna 	20 - 50	0,459	29,15

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.11.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O230127UL

