






## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-SÓJA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-490
Šarža	LOT	12 12 23
Dátum výroby		19.12.2023
Dátum expirácie		19.09.2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,152
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,696
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,767

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 16, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.12.2023

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril: 

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE (I)  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

AC230507WM

