



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A

Katalógové číslo	REF	E-231
Šarža	LOT	12 12 23
Dátum výroby		19.12.2023
Dátum expirácie		19.12.2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,027
5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,166
10 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,296
20 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,547
40 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	0,961
80 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,487

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,093	2,46
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	0,791	30,94

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 29, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.12.2023

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

K230507UM

