



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-G

Katalógové číslo	REF	E-234
Šarža	LOT	12 12 23
Dátum výroby		19.12.2023
Dátum expirácie		19.06.2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,007
5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,322
10 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,601
20 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,898
40 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,262
80 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,497

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,273	4,22
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,148	32,11

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 3, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.12.2023

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L230507TM

