



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-DNP-G

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| Katalógové číslo | REF   | E-211      |
| Šarža            | LOT   | 01 01 24   |
| Dátum výroby     |  | 23.01.2024 |
| Dátum expirácie  |  | 23.07.2024 |

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy  | protilátky anti IgG                |  |
|--|------------------------------------|--|
|  | Absorbancia<br>pri 450 nm a 630 nm |  |
| 0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>    | 0,007                              |  |
| 6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/> | 0,192                              |  |
| 12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/> | 0,340                              |  |
| 25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>   | 0,649                              |  |
| 50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>   | 0,963                              |  |
| 100 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>  | 1,442                              |  |

#### Protilátky triedy IgG

| Kontrolné vzorky                                | Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup> | Absorbancia pri 450 a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup> |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/> | < 14                                   | 0,073                        | 1,78                                |
| pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/> | 25 - 60                                | 0,935                        | 47,15                               |

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.01.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D230127SL

