



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-A

Katalógové číslo	REF	E-244
Šarža	LOT	01 01 24
Dátum výroby		23.01.2024
Dátum expirácie		23.10.2024

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,012
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,269
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,485
25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,892
50 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,317
100 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,724

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,088	1,60
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,085	33,75

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.5 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.01.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O200503UA

