



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-246
Šarža	LOT	01 01 24
Dátum výroby		23.01.2024
Dátum expirácie		23.10.2024

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 1	0,012		0,006	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 2	0,269		0,312	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 3	0,485		0,775	
25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 4	0,892		1,151	
50 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 5	1,317		1,508	
100 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 6	1,724		1,773	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 9	0,088	1,60
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	20 - 50	1,085	33,75

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 9	0,241	5,26
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	20 - 50	1,310	34,24

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.23 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.01.2024

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

