



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-235
Šarža	LOT	02 02 24
Dátum výroby		23.02.2024
Dátum expirácie		23.08.2024

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,038		0,006	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,245		0,363	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,417		0,621	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,692		0,976	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,063		1,315	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,496		1,517	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,096	1,47
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	0,974	34,23

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,314	4,17
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,209	31,38

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.4 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.02.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131