



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-230
Šarža	LOT	03 03 24
Dátum výroby		22.03.2024
Dátum expirácie		22.03.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,030		0,007	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,209		0,357	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,377		0,606	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,682		0,932	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,173		1,297	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,832		1,653	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,143	3,17
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,032	33,55

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,272	3,56
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,161	30,92

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.31 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.03.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131