



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-A

| | | |
|------------------|---|------------|
| Katalógové číslo | REF | E-346 |
| Šarža | LOT | 03 03 24 |
| Dátum výroby |  | 22.03.2024 |
| Dátum expirácie |  | 22.12.2024 |

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy | protilátky anti IgA | |
|-------------------------|------------------------------------|-------|
| | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | |
| 0 U.ml ⁻¹ | <input type="text" value="CAL 1"/> | 0,012 |
| 6,25 U.ml ⁻¹ | <input type="text" value="CAL 2"/> | 0,265 |
| 12,5 U.ml ⁻¹ | <input type="text" value="CAL 3"/> | 0,435 |
| 25 U.ml ⁻¹ | <input type="text" value="CAL 4"/> | 0,807 |
| 50 U.ml ⁻¹ | <input type="text" value="CAL 5"/> | 1,197 |
| 100 U.ml ⁻¹ | <input type="text" value="CAL 6"/> | 1,550 |

Protilátky triedy IgA

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/> | < 10 | 0,249 | 5,70 |
| pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/> | 30 - 60 | 1,111 | 42,36 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.03.2024

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

