



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-ASCA-II-G

Katalógové číslo	REF	E-347
Šarža	LOT	03 03 24
Dátum výroby		22.03.2024
Dátum expirácie		22.12.2024

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>	0,007	
6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/>	0,340	
12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/>	0,610	
25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>	1,019	
50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>	1,397	
100 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>	1,669	

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL -"/>	< 18	0,244	4,23
pozitívna <input type="text" value="CONTROL +"/>	30 - 60	1,341	44,42

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.03.2024

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
 výrobné družstvo, Košice  
 Garbiarska 2  
 040 01 KOŠICE ☎  
 tel.: 055/633 6753, 622 8131

