



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	REF	E-211
Šarža	LOT	05 05 24
Dátum výroby		24.05.2024
Dátum expirácie		24.11.2024

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,008
6,25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,186
12,5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,407
25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,722
50 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,117
100 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,533

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 14	0,073	2,87
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	25 - 60	1,066	45,90

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.05.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D210607SE

