






OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-SÓJA-II-G

| | | |
|------------------|---|------------|
| Katalógové číslo | REF | E-491 |
| Šarža | LOT | 06 06 24 |
| Dátum výroby |  | 24.06.2024 |
| Dátum expirácie |  | 24.03.2025 |

Verzia návodu na použitie: 01/2024

| Parametre výstupnej kontroly | Absorbancia 450 nm a 630 nm | |
|---|-------------------------------------|----------|
| | norma | Nameraná |
| kontrolná vzorka negatívna  | do 0,500 | 0,093 |
| kontrolná vzorka cut off (hraničná)  | min. 2 x kontrolná vzorka negatívna | 0,679 |
| kontrolná vzorka pozitívna  | min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off | 1,272 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 17, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.06.2024

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalová

Preveril:

Tamara

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (I)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

AD210915AF

