






## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-LAKTÓZA-A

Katalógové číslo	REF	E-270
Šarža	LOT	07 07 24
Dátum výroby		19.07.2024
Dátum expirácie		19.04.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,158
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,704
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,774

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 12, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.07.2024

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

W211224UG

