



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-346
Šarža	LOT	11 11 24
Dátum výroby		22.11.2024
Dátum expirácie		22.08.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,014
6,25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,280
12,5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,546
25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,896
50 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,315
100 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,684

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 10	0,157	3,54
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 - 60	1,246	44,60

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.11.2024

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalilova

Preveril:

Šarva

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

