

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-LAKTÓZA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-470
Šarža	LOT	01 01 25
Dátum výroby		27.01.2025
Dátum expirácie		27.10.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,112
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,657
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,558

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 12, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.01.2025

Vedúca výrobného oddelenia: 

Preveril: 

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

W200504UA

