



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-G

Katalógové číslo	REF	E-232
Šarža	LOT	02 02 25
Dátum výroby		24.02.2025
Dátum expirácie		24.02.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,026	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,334	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,607	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,945	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,322	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,613	

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,233	3,33
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,170	30,12

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 30, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.02.2025

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Jamr

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

K200812YB

