

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-LAKTÓZA-A

|                  |                                                                                   |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Katalógové číslo | REF                                                                               | E-270      |
| Šarža            | LOT                                                                               | 02 02 25   |
| Dátum výroby     |  | 24.02.2025 |
| Dátum expirácie  |  | 24.11.2025 |

Verzia návodu na použitie: 01/2024

| Parametre výstupnej kontroly                                                                                            | Absorbancia 450 nm a 630 nm         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
|                                                                                                                         | norma                               | Nameraná |
| kontrolná vzorka negatívna           | do 0,500                            | 0,132    |
| kontrolná vzorka cut off (hraničná)  | min. 2 x kontrolná vzorka negatívna | 0,682    |
| kontrolná vzorka pozitívna           | min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off | 1,526    |

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 12, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.02.2025

Vedúca výrobného oddelenia: 

Preveril: 

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

W200812UB

