

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-DNP-G

|                  |                                                                                   |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Katalógové číslo | REF                                                                               | E-211      |
| Šarža            | LOT                                                                               | 03 03 25   |
| Dátum výroby     |  | 24.03.2025 |
| Dátum expirácie  |  | 24.09.2025 |

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy               | protilátky anti IgG                                                                 |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                         | Absorbancia<br>pri 450 nm a 630 nm                                                  |       |
| 0 U.ml <sup>-1</sup>    |   | 0,008 |
| 6,25 U.ml <sup>-1</sup> |  | 0,269 |
| 12,5 U.ml <sup>-1</sup> |  | 0,571 |
| 25 U.ml <sup>-1</sup>   |  | 0,986 |
| 50 U.ml <sup>-1</sup>   |  | 1,456 |
| 100 U.ml <sup>-1</sup>  |  | 1,613 |

#### Protilátky triedy IgG

| Kontrolné vzorky                                                                              | Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup> | Absorbancia pri 450 a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna  | < 14                                   | 0,179                        | 4,41                                |
| pozitívna  | 25 - 60                                | 1,316                        | 39,68                               |

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.03.2025

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D201120SC

