

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	REF	E-211
Šarža	LOT	04 04 25
Dátum výroby		25.04.2025
Dátum expirácie		25.10.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgG
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹		0,008
6,25 U.ml ⁻¹		0,327
12,5 U.ml ⁻¹		0,590
25 U.ml ⁻¹		0,998
50 U.ml ⁻¹		1,374
100 U.ml ⁻¹		1,729

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 14	0,152	2,57
pozitívna 	25 - 60	1,221	36,97

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.04.2025

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D210228SD

