

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	REF	E-233
Šarža	LOT	04 04 25
Dátum výroby		25.04.2025
Dátum expirácie		25.01.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgA
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,053
5	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,237
10	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,424
20	U.ml ⁻¹	CAL 4	0,708
40	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,091
80	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,535

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky		Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	CONTROL-	< 9	0,128	2,43
pozitívna	CONTROL+	20 - 50	1,005	34,57

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.04.2025

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



L210228CD

