

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-G

Katalógové číslo	REF	E-245
Šarža	LOT	05 05 25
Dátum výroby		26.05.2025
Dátum expirácie		26.02.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgG
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,005
6,25	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,510
12,5	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,783
25	U.ml ⁻¹	CAL 4	1,167
50	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,496
100	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,715

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,197	1,13
pozitívna 	20 - 50	1,378	37,70

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.7 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.05.2025

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O210608YE

