

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-M

Katalógové číslo	REF	E-243
Šarža	LOT	05 05 25
Dátum výroby		26.05.2025
Dátum expirácie		26.02.2026

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹		0,013
6,25 U.ml ⁻¹		0,269
12,5 U.ml ⁻¹		0,506
25 U.ml ⁻¹		0,887
50 U.ml ⁻¹		1,410
100 U.ml ⁻¹		1,981

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,039	0,78
pozitívna 	20 - 50	1,015	30,07

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.22 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.05.2025

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril: 


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 K O Š I C E
tel.: 055/633 6753, 622 8131