

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-G

Katalógové číslo	REF	E-347
Šarža	LOT	06 06 25
Dátum výroby		23.06.2025
Dátum expirácie		23.03.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgG
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,006
6,25	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,374
12,5	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,669
25	U.ml ⁻¹	CAL 4	1,052
50	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,456
100	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,790

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 18	0,516	9,04
pozitívna 	30 - 60	1,415	46,36

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.06.2025

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

