

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti- $\beta$ -LAKTOGLOBULÍN-II-A

|                  |                                                                                   |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Katalógové číslo | REF                                                                               | E-460      |
| Šarža            | LOT                                                                               | 06 06 25   |
| Dátum výroby     |  | 23.06.2025 |
| Dátum expirácie  |  | 23.03.2026 |

Verzia návodu na použitie: 01/2024

| Parametre výstupnej kontroly                                                                                            | Absorbancia 450 nm a 630 nm         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
|                                                                                                                         | norma                               | Nameraná |
| kontrolná vzorka negatívna           | do 0,500                            | 0,163    |
| kontrolná vzorka cut off (hraničná)  | min. 2 x kontrolná vzorka negatívna | 0,685    |
| kontrolná vzorka pozitívna           | min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off | 1,696    |

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 10, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.06.2025

Vedúci výrobného oddelenia:

  
**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



T210916TF

