

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	REF	E-211
Šarža	LOT	07 07 25
Dátum výroby		22.07.2025
Dátum expirácie		22.01.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgG
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹		0,007
6,25 U.ml ⁻¹		0,288
12,5 U.ml ⁻¹		0,526
25 U.ml ⁻¹		0,885
50 U.ml ⁻¹		1,334
100 U.ml ⁻¹		1,715

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 14	0,148	2,97
pozitívna 	25 - 60	1,247	43,66

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.07.2025

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D211225SG

