

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-230
Šarža	LOT	07 07 25
Dátum výroby		22.07.2025
Dátum expirácie		22.07.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹		0,029	0,010
5	U.ml ⁻¹		0,214	0,372
10	U.ml ⁻¹		0,368	0,629
20	U.ml ⁻¹		0,655	0,958
40	U.ml ⁻¹		1,078	1,343
80	U.ml ⁻¹		1,755	1,681

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,125	2,48
pozitívna 	20 - 50	0,885	30,12

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,177	1,96
pozitívna 	20 - 50	1,190	30,42

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.31 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.07.2025

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

