

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A

Katalógové číslo	REF	E-244
Šarža	LOT	07 07 25
Dátum výroby		22.07.2025
Dátum expirácie		22.04.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹		0,007
6,25 U.ml ⁻¹		0,213
12,5 U.ml ⁻¹		0,444
25 U.ml ⁻¹		0,724
50 U.ml ⁻¹		1,146
100 U.ml ⁻¹		1,631

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,020	0,80
pozitívna 	20 - 50	0,846	31,48

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.5 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.07.2025

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

0211225UG

