

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-246
Šarža	LOT	07 07 25
Dátum výroby		22.07.2025
Dátum expirácie		22.04.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,007	0,006
6,25	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,213	0,431
12,5	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,444	0,722
25	U.ml ⁻¹	CAL 4	0,724	1,113
50	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,146	1,460
100	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,631	1,769

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,020	0,80
pozitívna 	20 - 50	0,846	31,48

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,213	2,48
pozitívna 	20 - 50	1,186	28,50

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.23 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.07.2025

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

