

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-OVALBUMÍN-A

Katalógové číslo	REF	E-380
Šarža	LOT	07 07 25
Dátum výroby		22.07.2025
Dátum expirácie		22.01.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,070
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,661
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,483

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 14, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly: 22.07.2025

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

N211225RG

