

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-II-G

Katalógové číslo	REF	E-411
Šarža	LOT	08 08 25
Dátum výroby		25.08.2025
Dátum expirácie		25.02.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹		0,016
6,25 U.ml ⁻¹		0,329
12,5 U.ml ⁻¹		0,661
25 U.ml ⁻¹		1,056
50 U.ml ⁻¹		1,496
100 U.ml ⁻¹		1,774

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 14	0,130	2,66
pozitívna 	25 - 60	1,303	36,61

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.08.2025

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D220404SH

