

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-346
Šarža	LOT	08 08 25
Dátum výroby		25.08.2025
Dátum expirácie		25.05.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgA	
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹ 	0,013	
6,25	U.ml ⁻¹ 	0,307	
12,5	U.ml ⁻¹ 	0,553	
25	U.ml ⁻¹ 	0,920	
50	U.ml ⁻¹ 	1,351	
100	U.ml ⁻¹ 	1,802	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 10	0,193	3,68
pozitívna 	30 - 60	1,264	43,62

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.08.2025

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

