

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-G

Katalógové číslo	REF	E-347
Šarža	LOT	08 08 25
Dátum výroby		25.08.2025
Dátum expirácie		25.05.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgG
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,007
6,25	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,430
12,5	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,730
25	U.ml ⁻¹	CAL 4	1,169
50	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,538
100	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,882

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 18	0,524	8,09
pozitívna 	30 - 60	1,486	44,84

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.08.2025

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril:




BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131