

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-II-G

Katalógové číslo	REF	E-411
Sarža	LOT	09 09 25
Dátum výroby		23.09.2025
Dátum expirácie		23.03.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgG
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	CAL 1	0,006
6,25 U.ml ⁻¹	CAL 2	0,200
12,5 U.ml ⁻¹	CAL 3	0,409
25 U.ml ⁻¹	CAL 4	0,717
50 U.ml ⁻¹	CAL 5	1,206
100 U.ml ⁻¹	CAL 6	1,620

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna CONTROL-	< 14	0,158	5,03
pozitívna CONTROL+	25 - 60	1,173	47,81

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.09.2025

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D220713SI

