

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A

Katalógové číslo	REF	E-244
Sarža	LOT	09 09 25
Dátum výroby		23.09.2025
Dátum expirácie		23.06.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹		0,006
6,25 U.ml ⁻¹		0,156
12,5 U.ml ⁻¹		0,361
25 U.ml ⁻¹		0,623
50 U.ml ⁻¹		1,049
100 U.ml ⁻¹		1,545

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,016	1,13
pozitívna 	20 - 50	0,690	28,60

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly sarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.5 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.09.2025

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O220713UI

