

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- α -LAKTALBUMÍN-II-G

Katalógové číslo	REF	E-481
Šarža	LOT	09 09 25
Dátum výroby		23.09.2025
Dátum expirácie		23.06.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,042
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,647
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,444

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 28, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.09.2025

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril: 


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 K O Š I C E
tel.: 055/633 6753, 622 8131